EG-Konformitätserklärung

analytikjena
An Endress+Hauser Company

☒ Original ☐ Übersetzung der Original-Konformitätserklärung

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

CE

Hersteller

Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena

Hiermit erklären wir, dass nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Produkt in dem Zustand, in dem es in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Beschreibung und Identifizierung der Maschine

- Produkt: CyBio FeliX SELECT Head
- Type/Modell: CyBio FeliX-SELECT Head 8 x 50, CyBio FeliX-SELECT Head 8 x 250, CyBio FeliX-SELECT Head 8 x 1000
- Seriennummer/ID: 3033184101xx - xxxxxxxxx2xx
3033184201xx - xxxxxxxxx2xx
3033184301xx - xxxxxxxxx2xx

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

- EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit - 2014/30/EU
- EU-Richtlinie RoHS – 2011/65/EU inkl. (EU) 2015/863

Gemäß Anhang I Nr. 1.5.1. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden auch die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten

Angewandte harmonisierte Normen

- EN ISO 12100:2010
- EN 61010-1:2010+A1:2019
- EN 61326-1:2013
- EN IEC 63000:2018

Sonstige technische Spezifikationen / Normen

-

Bevollmächtigter für die Technischen Unterlagen

Analytik Jena GmbH+Co. KG, Konrad-Zuse-Straße 1, 07745 Jena

Jena, 14.01.2025

Oliver Klaeffling
Managing Director

Manuel Weyh
Division Manager QM/QA