Certificate

Certificate no. CU 72500701 0001

License Holder:
Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena
Deutschland

Manufacturing Plant:
Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena
Deutschland

Report Number: DE25W7PJ 001
Client Reference: Mr. Steffen Geißler

Certification acc. to:
UL 61010-1:2012 R6.23
UL 61010-2-061:2019
CSA C22.2 No. 61010-1-12 (R2022) R6.23
CSA C22.2 No. 61010-2-061:19

Product Information

Certified Product: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

Model Designation:
PlasmaQuant MS
PlasmaQuant MS Q
PlasmaQuant MS Elite
PlasmaQuant MS Elite S

Technical Data:
AC 200-240V; 50/60Hz; 3700VA
Protection class I

Remarks: Trademark: analytikjena

Appendix: 1, 1-31

Date of issue: 2025-06-26
(yr/mo/day)

® TÜV, TUEv and TUV are registered trademarks . Utilisatio n and application requires prior approval.

TUV Rheinland of North America, Inc.
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992